

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
Заместитель директора
ФГУП ВНИИОФИ



 Н. П. Муравская

12 2008 г.

<p>Установки для поверки и калибровки люксометров и яркометров "СТИЛЬБ-7"</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>40540-09</u></p>
---	---

Выпускаются по технической документации ЗАО "Актис", г. Самара, заводские номера 011...016.

Назначение и область применения

Установки для поверки и калибровки люксометров и яркометров «СТИЛЬБ-7» (далее установки) предназначены для поверки и калибровки по источнику типа А люксометров и яркометров.

Описание

Принцип действия установки для поверки и калибровки люксометров и яркометров основан на определении освещенности, создаваемой источником типа А, или протяженным источником в виде рассеивателя, освещаемого источником типа А, с последующим расчетом яркости выходной поверхности рассеивателя.

Установка конструктивно состоит из двухсторонней оптической скамьи, расположенной в светонепроницаемом шкафу с открывающимися дверцами, на которой с помощью специальных приспособлений установлены:

- лампа светоизмерительная СИС 107-500 в качестве источника типа А;
- излучатель прожекторного типа;
- группа фотометрических головок;
- рассеиватель с молочным стеклом МС-23;
- визир оптический;
- визир лазерный;
- нейтральный светофильтр и экраны.

Описание типа для Государственного реестра средств измерений
Специальные приспособления позволяют регулировать положения находящихся на них устройств относительно оси установки, перемещение по оптической скамье, а также надежное крепление в определенном положении.

Под оптической скамьей на полках расположены:

- источники питания светоизмерительной лампы, источник питания лампы прожекторного типа;

- электроизмерительные приборы для контроля режимов электропитания ламп и измерения токов фотометрических головок.

Компьютер с программным обеспечением размещается на столе рядом с фотометрической скамьей.

Основные технические характеристики:

Диапазон создаваемой освещенности, лк:	от 1 до 80000
Диапазон создаваемой яркости, кд/м ² :	от 1 до 55000
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении освещенности по источнику типа А, %	2,5
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении яркости по источнику типа А, %	3
Диаметр рассеивателя, мм	54±1
Погрешность, обусловленная неравномерностью распределения яркости по поверхности рассеивателя, %, не более	1,5
Электропитание установки - однофазная сеть переменного тока:	
- напряжение, В	220±22
- частота, Гц	50±1
Потребляемая мощность, кВА, не более:	0,8
Время выхода на рабочий режим, ч	0,5
Время непрерывной работы, ч	8
Габаритные размеры, мм, не более	2800x800x1900
Масса, кг, не более	450
Срок службы, лет, не менее	10
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	22±3
- атмосферное давление, кПа	101±4
- относительная влажность воздуха, %	65±20

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации печатным способом.

Комплектность

Состав установки "СТИЛЬБ-7" АМ23.1000-000 приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол	Примечание
- преобразователь тока	АМ21.1091-000	1	
- устройство распределительное	АМ13.1000-100	1	
- нейтральный светофильтр НС-7		1	
- нейтральный светофильтр НС-9		1	
- диафрагма	АМ11.1100-070	1	
- экран	АМ13.1100-080	1	
- экран	АМ13.1100-090	1	
- источник типа "А", светоизмерительная лампа СИС 107-500	АМ13.1100-100	1	
- рассеиватель с молочным стеклом МС-23	АМ13.1100-300	1	
- рассеиватель с матовым стеклом	АМ13.1100-300-01	1	
- блок фотометрических головок	АМ13.1100-400	1	
- визир лазерный	АМ13.1100-500	1	
- излучатель прожекторного типа	АМ13.1100-600	1	
- визир оптический	АМ13.1100-800	1	
- держатель для поверяемого прибора	АМ13.1100-900	1	
- лампа общего назначения ЛОН-60		2	
- корпус установки	АМ13.1102-000	1	
- комплект жгутов	АМ13.1103-600	1	
- катушка измерительная Р310-0,01Ом		1	
- блок питания PSP-603		2	
- блок питания PSP-2010		1	
- мультиметр АРРА-207		1	
- мультиметр цифровой GDM -450А		1	
- мультиметр цифровой АРРА-107		1	

Продолжение таблицы 1

- блок системный, частота процессора не менее 1,5 ГГц, оперативная память не менее 512 Мбайт, операционная система Windows XP		1	
- монитор		1	
- клавиатура		1	
- мышь		1	
- принтер		1	
- руководство по эксплуатации	АМ23.1000-000 РЭ	1	
Методика поверки		1	
- руководство пользователя для программного обеспечения	АМ23.1000-000 Д	1	

Поверка

Поверку установки "СТИЛЬБ-7" осуществляют в соответствии с документом «Установка для поверки и калибровки люкметров и яркомеров «СТИЛЬБ». Методика поверки».

Основные средства поверки:

- люкметр из состава Вторичного эталона силы света и освещенности непрерывного оптического излучения ВЭТ 5-1-83.

Межповерочный интервал - 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 8.023-2003 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений.

Заключение


Тип установки для поверки и калибровки люксометров и яркомеров "СТИЛЬБ-7" заводские номера 011...016 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.023-2003.

Изготовитель: ЗАО "Актис"

Юридический адрес: 443010, г.Самара, ул. Самарская, 145-147/19
тел/факс 260-90-09, 260-34-21

Почтовый адрес: 443079, г. Самара, ул. Революционная, 109.

Директор ЗАО "Актис"



Г. С. Черняев