

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ OIML R 76-1—2011 (приложение ДА «Методика поверки весов») «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».