

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Станки балансировочные WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280

Назначение средства измерений

Станки балансировочные WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280 предназначены для измерений величины неуравновешенной массы дисбаланса и угла установки корректирующей массы в одной или двух плоскостях коррекции колес автотранспортных средств.

Описание средства измерений

Принцип действия станков балансировочных WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280 основан на вычислении величины неуравновешенной массы дисбаланса и величины углового положения установки корректирующей массы, из величин сил, которые действуют на опоры вала ротора станка при вращении колеса, установленного на валу. Величины этих сил измеряются с помощью пьезоэлектрических датчиков, установленных в специальных опорах вала ротора балансировочного станка. Датчики измеряют амплитуду и фазу колебаний вала, которые пропорциональны неуравновешенным массам, действующим на опоры вала при возникающем дисбалансе. Произведение массы остаточного дисбаланса на расстояние равно величине эксцентриситета этой массы и определяет величину возникающего дисбаланса. Дисбаланс колеса устраняют с помощью корректирующих масс, которые устанавливаются в двух плоскостях коррекции (динамическая балансировка) или в одной плоскости (статическая балансировка). Измерение углового положения размещения корректирующих масс на диске колеса производится с помощью оптико-электрических датчиков, которые также устанавливаются на вал ротора станка. Обработка сигналов от всех датчиков проводится в блоке обработки.

Станки балансировочные WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280 конструктивно состоят из основных частей: станины, в которой размещены: балансировочный блок (вал с зажимными приспособлениями, система измерительных датчиков и электропривод с тормозной системой); электронный блок обработки с устройством отображения измеряемой информации. К станине крепится откидывающийся защитный кожух, выполняющий функции элемента безопасности и автомата выключения электродвигателя станка. Перед началом процесса балансировки колесо закрепляется на валу станка с помощью фланца и прижимной гайки. Центрирование колеса относительно вала производится путем его посадки на центральное отверстие диска через переходные конусы различного диаметра, либо через специальные планшайбы. Планшайба центрируется и жестко крепится на валу ротора станка. Колесо на планшайбе крепится по штатным отверстиям диска, предназначенным для крепления колеса на ступице тормозного диска автомобиля. Прижимная гайка имеет ручной привод для крепления колеса на валу шпинделя станка. Измерение положения левой плоскости коррекции при динамической балансировке и плоскости коррекции при статической балансировке проводится с помощью встроенной механической линейки. Остановка вращения колеса после завершения измерительного цикла проводится автоматически, с помощью электромагнитного тормозного приспособления. Временной момент срабатывания тормозного приспособления задается датчиками измерения углового положения корректирующих масс.

Станки балансировочные WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB900, WB675, WB280 предназначены для балансировки колес мотоциклов, легковых автомобилей и микроавтобусов.

Станки балансировочные WB690, WB800 предназначены для балансировки колес легковых и грузовых автомобилей.

Наименования моделей станков также могут дополняться литерами N (новый тип дизайна корпуса) или P – пневматический замок крепления балансируемого колеса на валу двигателя.

Модели станков отличаются типом применяемого устройства вывода и отображения измерительной информации, способом измерения и ввода параметров диска балансируемого колеса, а так же способом его закрепления во время измерений. Некоторые модели также опционально могут дополняться подъемником для колес и устройством для определения износа протектора.

Для ограничения доступа к определённым частям станков в целях несанкционированной настройки и вмешательства производится пломбирование винтов блока предварительного усилителя тензометрической системы внутри корпуса станка

Общий вид станков балансировочных WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280:



WB255

WB277

WB640

WB670

WB680



WB377



WB280



WB900



WB675



WB355



WB690



WB800

Метрологические и технические характеристики

Характеристика/ модель станка	WB255, WB277, WB640, WB670, WB355, WB377, WB675, WB280	WB680	WB900	WB690, WB800
Диапазон измерений величины массы остаточного дисбаланса, г:	0 - 500			0 - 2000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений величины массы остаточного дисбаланса, %: от 0 до 100 г св. 100 г	±3 ±5			±3 ±5
Диапазоны измерений угла установки корректирующей массы, ...°	0÷360			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла установки корректирующей массы, ...°	1,4			
Диаметр обода балансируемого колеса, мм	205 - 762			
Ширина обода балансируемого колеса, мм	50,4 - 500			
Максимальная масса балансируемого колеса, кг	70	80	70	200
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	1270x980x1035	1460x1200x1500	1330x1350x2230	
Масса станка, не более, кг	70			200

Знак утверждения типа

наносится на корпус станков балансировочных WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280 методом наклеивания и на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

- станок балансировочный WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280 в комплекте;
- комплект зажимных и установочных приспособлений и принадлежностей;
- руководство по эксплуатации.

Поверка

осуществляется по документу МИ 2977-06 «ГСИ. Станки для балансировки колес легковых автомобилей и микроавтобусов. Общие требования к методикам поверки».

Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки:

- весы неавтоматического действия по ГОСТ Р 53228-2008, нагрузка максимальная 2,0 кг, класс точности – высокий;
- ротор контрольный;

- контрольные грузы массой 10 г, 50%, 100% от верхнего предела измерений станков балансировочных;
- линейка измерительная металлическая (0 – 500 мм), ПГ±0,2 мм, ГОСТ 427-75.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе «Станки балансировочные WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к станкам балансировочным WB255, WB277, WB640, WB670, WB680, WB355, WB377, WB690, WB900, WB675, WB800, WB280

1. ГОСТ 20076–2007 «Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их проверки»;
2. ГОСТ 19534–74 «Балансировка вращающихся тел. Термины»;
3. Техническая документация «M&B Engineering S.r.l.», Италия.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- для применения вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Изготовитель

«M&B Engineering S.r.l.», Италия
Via della Costituzione, 45 – 42015, Correggio (RE).
Телефон: +39 0522 644511, Факс: +39 0522 644512
E-mail: info@mb-re.it

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, офис 501Н.
Тел.: +7 (499) 155-0445, факс: +7 (495) 785-0512
E-mail: info@autoproggress-m.ru
Аттестат аккредитации № 30070-07

Заместитель
Руководителя Федерального
Агентства по Техническому
Регулированию и Метрологии

_____ Ф.В. Булыгин
М.п. « » _____ 2013 г.