

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа ультразвуковые ZOND-UST

Назначение средства измерений

Счетчики газа ультразвуковые ZOND-UST (далее – счетчики) предназначены для измерений объема при рабочих условиях природного газа с физико-химическими показателями по ГОСТ 5542-87, свободного нефтяного газа, воздуха, азота и других неагрессивных газов.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на измерении разности между временем прохождения ультразвуковых импульсов по направлению потока газа и против него. По разности времени прохождения ультразвуковых импульсов счетчики определяют скорость проходящего газа и объемный расход.

Счетчики состоят из корпуса с наклонным расположением электроакустических преобразователей и установленного на нем измерительно-вычислительного блока с индикатором, клавиатурой и разъемами для подключения внешних устройств. В счетчиках с диаметром условного прохода от 80 до 100 мм для измерения объема используется три акустических канала, а в счетчиках с диаметром условного прохода от 150 до 300 мм – четыре акустических канала.

Счетчики выпускаются двух исполнений:

- в корпусе счетчика предусмотрены места установки преобразователей давления и температуры (исполнение А);

- в корпусе счетчика предусмотрено место установки преобразователя давления, преобразователь температуры устанавливается на прямом участке (исполнение В).

Измерительно-вычислительный блок счетчиков выполняет следующие функции:

- формирование управляющих сигналов, которые синхронизируют работу счетчика;

- посылку импульсов от электроакустических преобразователей;

- коммутацию, прием и усиление сигналов от электроакустических преобразователей;

- измерение временных интервалов;

- вычисление объема;

- хранение и индикацию введенных параметров, результатов измерений и вычислений;

- передачу измеренной информации по импульсному выходу и цифровому интерфейсу;

- защиту от несанкционированного доступа.

При установке счетчиков на трубопроводе необходимо соблюдать требования к длинам прямых участков, рекомендованные заводом-изготовителем. Длины прямолинейных участков до и после места установки счетчиков указаны в руководстве по эксплуатации.



Рисунок 1 – Внешний вид счетчиков

Программное обеспечение

Счетчики имеют встроенное программное обеспечение (далее – ПО). ПО счетчиков имеет уровень защиты «С» по МИ 3286-2010. Защита ПО счетчиков от несанкционированного доступа с целью изменения параметров, влияющих на метрологические характеристики, осуществляется путем аутентификации (введением пароля). Возможность внесения преднамеренных и непреднамеренных изменений в ПО счетчиков исключается наличием в счетчиках функции определения целостности ПО и ограничением свободного доступа к цифровым интерфейсам связи.

Идентификационные данные ПО счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ПО | Идентификационное наименование ПО | Номер версии ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|
| ПО счетчиков | ZOND-UST | 2.2.1.095 | Рассчитывается для каждого счетчика отдельно и записывается в формуляр счетчика | CRC-16 |

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики, в том числе показатели точности, счетчиков представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение |
|--|---------------------------------|
| Диаметр условного прохода, мм | От 80 до 300 |
| Диапазон измерений объемного расхода, м ³ /ч | От 1,6 до 6500 ¹⁾ |
| Температура измеряемой среды, °С | От минус 30 до плюс 50 |
| Давление измеряемой среды, МПа | От атмосферного до 1,6 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа при рабочих условиях, %: | |
| - от 0,05·Q _{max} до Q _{max} ²⁾ | ±1 |
| - от Q _{min} ³⁾ до 0,05·Q _{max} | ±2 |
| Выходной сигнал | Импульсный (с частотой до 2 Гц) |
| Цифровой интерфейс связи | RS-485 |

| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °С | От минус 40 до плюс 60 |
| Относительная влажность окружающей среды, % | До 95 при плюс 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги |
| Атмосферное давление, кПа | От 84 до 106,7 |
| Параметры электропитания, В | От 3 до 3,6 (электропитание осуществляется от литиевой батареи) |
| Потребляемая мощность, мВт, не более | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1000x650x750 |
| Масса, кг, не более | 250 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| ¹⁾ Указан общий диапазон, значения могут отличаться в зависимости от типоразмера счетчиков. ²⁾ Максимальный измеряемый объемный расход счетчика (определяется в соответствии с руководством по эксплуатации). ³⁾ Минимальный измеряемый объемный расход счетчика (определяется в соответствии с руководством по эксплуатации). | |

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную табличку счетчика методом шелкографии.

Комплектность средства измерений

Комплектность счетчиков представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |
|--------------------------------------|------------|
| Счетчик газа ультразвуковой ZOND-UST | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Методика поверки (по заказу) | 1 экз. |

Поверка

осуществляется по документу МП 93-30151-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа ультразвуковые ZOND-UST. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» 4 июня 2014 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов):

- поверочная расходомерная установка, диапазон воспроизводимого объемного расхода должен соответствовать рабочему диапазону поверяемого счетчика, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,3\%$.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений счетчиков приведен в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа ультразвуковым ZOND-UST

1. ГОСТ 8.611-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

2. ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

3. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

4. ТУ 4213-001-17001995-2014 Счетчики газа ультразвуковые ZOND-UST.

Технические условия

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли и товарообменных операций;
- при выполнении государственных учетных операций.

Изготовитель

ООО «Ультразвуковые технологии ВЭК»
111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 7
тел. (495) 215-00-23, факс (495) 215-00-32
e-mail: info@u-sonicventure.ru, <http://www.zond.pro>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП»
420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5
тел. (843) 214-20-98, факс (843) 227-40-10
e-mail: office@ooostp.ru, <http://www.ooostp.ru>

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30151-11 от 01.10.2011 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«____» _____ 2014 г.