

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители комбинированные Testo 184 G1

Назначение средства измерений

Измерители комбинированные Testo 184 G1 (в дальнейшем - измеритель) предназначены для измерения температуры, относительной влажности и вибрации при транспортировке продукции с учетом требований холодной цепи.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей комбинированных Testo 184 G1 основан на получении сигнала с первичных преобразователей и преобразовании его в цифровой код, который обрабатывается микропроцессором, расположенным внутри корпуса измерителей.

Программное обеспечение измерителя Testo 184 G1 предназначено для преобразования полученного с первичного преобразователя сигнала в цифровой, и сопоставления его соответствующим единицам измеряемой величины.

Отображение результатов происходит на ж/к дисплее, расположенном на передней панели. Подсоединение измерителя к ПК осуществляется через USB разъем.

Внешний вид измерителя приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид прибора

Программное обеспечение

Конструкция измерителя Testo 184 G1 обеспечивает ограничение доступа к программному обеспечению в целях предотвращения несанкционированных настроек и вмешательств, которые могут привести к искажениям результатов измерений.

Программное обеспечение по структуре является целостным, выполняет функции управления параметрами отображения и математические функции формирования выходного сигнала. Уровень защиты ПО и измерительной информации «Высокий» по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Testo184G1_firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.31
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °С	от минус 20 до плюс 70
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	$\pm 0,5$ (свыше 0 до плюс 70) $\pm 0,8$ (от минус 20 до 0)
Диапазон измерений относительной влажности, %	от 5 до 95
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, %	± 3
Диапазон измерений вибоускорения, g	от 0,1 до 10
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений вибоускорения, %	$\pm 30,0$
Разрешение	0,1
Габаритные размеры, (длина×ширина ×высота) мм, не более	97x41x13
Масса, кг, не более	0,045
Тип питания	батарея CR2450

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и наклейкой на заднюю панель электронного блока измерителей комбинированных Testo 184 G1.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки прибора приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование, тип	Количество
Измеритель комбинированный Testo 184 G1	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Методика поверки МП РТ 2235-2015	1 шт.
Элемент питания	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП РТ 2235-2015 «ГСИ. Измерители комбинированные Testo 184 G1. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 17.04.2015 г. Основные средства поверки приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование рабочих эталонов	Основные технические характеристики	
	Пределы измерения	Класс, разряд, погрешность
Установка ударная поверочная Гос.реестр № 14923-09	от 0 до 5000 g	1 р.
Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТСВ Гос.реестр № 57690-14	от минус 50 до плюс 232 °С	3 р.
Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ8.10 Гос.реестр № 19736-11	от минус 200 до плюс 500 °С	$\pm [0,0035 + 10^{-5} \cdot t] \text{ } ^\circ\text{C}$
Климатическая камера «WK3-180/40»	воспроизведение температур от минус 70 до плюс 180 °С воспроизведение относительной влажности от 10 до 98 %	$D_{\text{воспр}} = \pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$, $D_{\text{нер}} = \pm 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 2,5 \text{ } \%$
Измеритель комбинированный testo 650	от 5 до 95 %	$\pm 1 \text{ } \%$
Генератор влажного воздуха «HygroGen 2» Гос.реестр № 32405-11	воспроизведение относительной влажности от 2 до 99 %	$\pm 0,5 \text{ } \%$

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью измерителей комбинированных Testo 184 G1 указаны в эксплуатационном документе 09701842 «Измерители комбинированные Testo 184 T1, Testo 184 T2, Testo 184 T3, Testo 184 T4, Testo 184 H1, Testo 184 G1. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям комбинированным Testo 184 G1

- ГОСТ 8.137-84 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении.
- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.
- ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.
- ГОСТ 8.547-2009 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газов.

5. МИ 1826-88 ГСИ. Акселерометры ударные. Методика поверки.
6. Техническая документация компании «Testo Instruments Co.Ltd.», Китай.

Изготовитель

Компания «Testo Instruments Co. Ltd.», Китай
China Merchants Guangming Science & Technology Park, Block A, B4 Building, No. 3009 Guan
Guang Road, Guangming New District, SHENZHEN
Тел. +86 755 26 62 67 60
E-mail: info@testo.com.cn
Web: www.testo.com

Заявитель

ООО «Тэсто Рус»
115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д.23В, стр.1
Тел: +7(495) 221-62-13
Факс: +7(495) 221-62-16
www.testo.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Телефон: (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений
в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2015 г.