ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры серии МС1100

Назначение средства измерений

Манометры серии MC1100 (далее по тексту - манометры) предназначены для измерений избыточного давления газов и некристаллизующихся жидкостей

Описание средства измерений

Принцип действия манометров основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругим растяжением капсульной пружины. Передаточный механизм преобразует деформацию в угловое перемещение показывающей стрелки.

Чувствительным элементом манометра является капсульная пружина. Корпус манометров выполнен из нержавеющей стали.

Манометры выпускаются модификаций MC1101 и MC1102, отличающиеся способом соединения при монтаже и габаритными параметрами. Манометры выпускаются во взрывозащищенном корпусе.

Общий вид манометров серии МС1100 приведен на рисунке 1. Пломбирование манометров не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид манометров серии МС1100

Программное обеспечение

отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики манометров приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики манометров

давления*, бар (МПа) $0,025 (0,0025); 0,04 (0,004); 0,6 (0,06)$	singa i senebibie merpesierii teeniie napanrep	тиолици т основные метрологи неские хириктеристики минометров				
давления*, бар (МПа) $0,025 (0,0025); 0,04 (0,004); 0,6 (0,06)$	Наименование характеристики	Значение				
	хние пределы измерений избыточного	0,006 (0,0006); 0,01 (0,001); 0,016 (0,0016);				
	ления*, бар (МПа)	0,025 (0,0025); 0,04 (0,004); 0,6 (0,06);				
0,1 (0,01); 0,15 (0,015); 0,2 (0,02); 0,3		0,1 (0,01); 0,15 (0,015); 0,2 (0,02); 0,3				
(0,03); 0,4 (0,04); 0,5 (0,05); 0,6 (0,06)		(0,03); 0,4 (0,04); 0,5 (0,05); 0,6 (0,06)				
Нижний предел измерений избыточного	кний предел измерений избыточного					
давления, бар	ления, бар	0				
Класс точности 1,6	сс точности	1,6				
Пределы допускаемой основной приведенной (к	делы допускаемой основной приведенной (к					
диапазону измерений) погрешности, % ±1,6	пазону измерений) погрешности, %	±1,6				
Вариация показаний, %	иация показаний, %	1,6				

Наименование характеристики	Значение		
Пределы допускаемой дополнительной			
приведенной (к диапазону измерений)			
погрешности измерений давления, вызванной			
изменением температуры окружающего воздуха			
от + 15 до +25°C в диапазоне рабочих			
температур на каждые 10 °C, %	±0,035		
* - конкретное значение указано в паспорте на манометр			

Таблица 2 – Основные технические характеристики манометров

Наименование характеристики	Значение	
Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP 55	
Маркировка взрывозащиты	Ex II 2 GD	
	Ex II 2G,	
	Ex h IIC T6T2 Gb X,	
	II 2D Ex h IIIC	
Габаритные размеры (высота × диаметр корпуса), мм, не более	193×ø150	
	130×ø100	
Резьба для присоединения к источнику давления	1/2" NPT/	
	BSP/M20x1,5	
Масса, кг, не более	1,3	
Условия эксплуатации:		
- диапазон температуры окружающей среды, °С	от -25 до +65	
- диапазон атмосферного давления окружающей среды, кПа	от 84 до 106,7	
- диапазон относительной влажности окружающей среды, %	от 30 до 85	
Средняя наработка на отказ, ч	50000	
Средний срок службы, лет	10	

Знак утверждения типа

наносится на корпус манометра наклейкой, на эксплуатационную документацию – типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность манометров приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность манометров

Наименование	Обозначение	Количество
Манометр серии МС1100	-	1 шт.
Паспорт	МС1100.00.001.ПС	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

Преобразователи давления эталонные ПДЭ-020И (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 58668-14);

Манометры грузопоршневые МП (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 52189-16).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус манометра и (или) в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам серии MC1100

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»

Техническая документация компании-изготовителя «Te.ma. S.r.l.» Италия

Изготовитель

Фирма «Те.ma. S.r.l.», Италия

Адрес: 21020 Ternate (VA)- Via Baranchina 4, Italia

Тел.: +39-0332 960787 Факс: + 39-0332 961089

Web-сайт: <u>www.temavasconi.com</u> E-mail: info@temavasconi.com

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(OOO «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн. 6

Тел.: +7 (495) 481-33-80 E-mail: info@prommashtest.ru

Аттестат аккредитации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312126 от 12.04.2017 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ___ » _____ 2020 г.