

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

А.Н. Пронин



Государственная система обеспечения единства измерений

Системы регистрации и обработки данных
модификаций DA 15K, DA 18K и ANYlogg

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2540-0070-2020

И.о. руководителя лаборатории
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

А.Ю. Левин

Инженер 1 категории лаборатории
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

П.К. Сергеев

Санкт-Петербург
2020 г.

Настоящая методика поверки распространяется на системы регистрации и обработки данных модификаций DA 15K, DA 18K и ANYlogg (далее – регистраторы), предназначенные для измерений количества и частоты следования импульсов, напряжения и силы постоянного тока.

Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

1. Операции поверки

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа о поверке	Проведение операции при	
		первой проверке	периодической проверке
Внешний осмотр	6.1	+	+
Опробование	6.2	+	+
Подтверждение соответствия программного обеспечения	6.3	+	+
Определение метрологических характеристик при измерении: - напряжения постоянного тока; - силы постоянного тока; - частоты	6.4 6.5 6.6	+	+

1.1. При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

2. Средства поверки

Таблица 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.3-6.6	Персональный компьютер с терминальной программой (далее – ПК)
6.4	Рабочий эталон 3-го разряда постоянного электрического напряжения по государственной поверочной схеме для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвигущей силы, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 3457 от 30.12.2019 г., относительная погрешность $\pm 0,01\%$.
6.5	Рабочий эталон 2-го разряда силы постоянного электрического тока по государственной поверочной схеме для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1×10^{-16} до 100 А, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2091 от 01.10.2018 г., относительная погрешность $\pm 0,01\%$.
6.6	Рабочий эталон 4-ого разряда частоты по государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты (генераторы сигналов), утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1621 от 31.07.2018 г., относительная погрешность $\pm 0,01\%$.

2.1. Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, эталоны – действующие свидетельства об аттестации.

2.2. Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых регистраторов с требуемой точностью.

3. Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

3.1. К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие настоящую методику и эксплуатационную документацию (далее ЭД), прилагаемую к регистраторам, а также ЭД на эталоны и другие средства поверки.

3.2. При проведении поверки должны соблюдаться:

- требования безопасности по ГОСТ 12.3.019;
- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4. Условия поверки

При поверке должны быть соблюдены следующие условия:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - температура воздуха, °C | от +15 до +25 |
| - относительная влажность воздуха, % | от 30 до 90; |
| - атмосферное давление, гПа | от 860 до 1060. |

5. Подготовка к поверке

5.1. Проверить комплектность регистратора.

5.2. Проверить электропитание регистратора.

5.3. Подготовить к работе и включить регистратор согласно ЭД.

6. Проведение поверки

6.1. Внешний осмотр

6.1.1. Регистратор не должен иметь механических повреждений или иных дефектов, влияющих на качество его работы.

6.1.2. Соединения в разъемах питания регистратора должны быть надежными.

6.1.3. Маркировка регистратора должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.

6.1.4. Результаты внешнего осмотра считают положительными, если регистратор не имеет повреждений или иных дефектов, маркировка регистратора целая, соединения в разъемах питания надежные.

6.2. Опробование

Опробование регистратора выполняется в следующем порядке:

6.2.1. Включите регистратор, подключите его к ПК с соответствующим программным обеспечением.

6.2.2. На экране отображающего устройства (для модификаций DA 15K, DA 18K) или в терминальной программе на ПК (для модификации ANYlogg) должна отображаться информация о текущих измерениях.

6.2.3. Результаты опробования считают положительными, если регистратор работоспособен и отображает измерительную информацию.

6.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения

Подтверждение соответствия программного обеспечения (далее – ПО) выполняется одновременно с опробованием.

6.3.1. Идентификация встроенного ПО для всех модификаций регистраторов осуществляется путем проверки номера версии ПО.

6.3.2. Для регистраторов модификаций DA 15K, DA 18K:

- наименование и номер версии встроенного ПО «DA9000.exe» считывают вверху окна;
- наименование и номер версии встроенного ПО «Windows CE» считывают с рабочего стола.

6.3.3. Для регистраторов модификаций ANYlogg наименование и номер версии встроенного ПО блока базы считывают при подключении к устройству в первом сообщении от регистратора.

6.3.4. Результаты идентификации ПО считаются положительными, если номера версий встроенного ПО соответствуют таблице 3:

Таблица 3 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Модификация	Значение			
		ПО процессорного блока		ПО блока базы	ОС
		Загрузчик ОС	под управлением ОС		
Идентификационное наименование ПО	DA 15K	EBOOT	DA9000.exe	-	Windows CE
	DA 18K	EBOOT	DA9000.exe	e009e-f-BASE15K	Windows CE
	ANYlogg	-	-	ANYlogg	-
Номер версии ПО	DA 15K	-	не ниже 5.8.0.0	-	не ниже 6.0
	DA 18K	-	не ниже 5.8.0.0	-	не ниже 6.0
	ANYlogg	-	-	не ниже 5.1	-

6.4. Определение метрологических характеристик при измерении напряжения постоянного тока выполняется в следующем порядке:

6.4.1. Подключите рабочий эталон 3-го разряда постоянного электрического напряжения (далее – эталонный вольтметр) к регистратору.

6.4.2. Включите регистратор, эталонный вольтметр в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока согласно ЭД.

6.4.3. Проведите определение относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока в пяти равномерно расположенных точках диапазона измерений, воспроизводимых при помощи эталонного вольтметра.

6.4.4. Показания регистратора снимаются в каждой проверяемой точке.

6.4.5. Вычислите относительную погрешность регистратора ΔU_i , по формуле:

$$\Delta U_i = 100\% \cdot \frac{U_{измi} - U_{этi}}{U_{этi}}$$

где $U_{измi}$ – напряжение постоянного тока, В, измеренное регистратором;

$U_{этi}$ – напряжение постоянного тока, В, измеренное эталонным вольтметром.

6.4.6. Выполните операции по пп. 6.4.3 – 6.4.5 как для дифференциального, так и для одностороннего диапазона измерений напряжения постоянного тока.

6.4.7. Результаты считаются положительными, если относительная погрешность регистратора во всех выбранных точках не превышает:

$$\Delta U_i \leq \pm 0,1 \%$$

6.5. Определение метрологических характеристик при измерении силы постоянного тока выполняется в следующем порядке:

6.5.1. Подключите рабочий эталон 2-го разряда силы постоянного электрического тока (далее – эталонный амперметр) к регистратору.

6.5.2. Включите регистратор, эталонный амперметр в режиме воспроизведения силы постоянного тока согласно ЭД.

6.5.3. Проведите определение относительной погрешности измерений силы постоянного тока в пяти равномерно расположенных точках диапазона измерений, воспроизводимых при помощи эталонного амперметра.

6.5.4. Показания регистратора снимают в каждой проверяемой точке.

6.5.5. Вычислите относительную погрешность регистратора ΔI_i , по формуле:

$$\Delta I_i = 100\% \cdot \frac{I_{измi} - I_{этi}}{I_{этi}}$$

где $I_{измi}$ – сила постоянного тока, мА, измеренная регистратором;

$I_{этi}$ – сила постоянного тока, мА, измеренная эталонным амперметром.

6.5.6. Результаты считаются положительными, если относительная погрешность регистратора во всех выбранных точках не превышает:

$$\Delta I_i \leq \pm 0,1 \%$$

6.6. Определение метрологических характеристик при измерении частоты выполняется в следующем порядке:

6.6.1. Подключите рабочий эталон 4-го разряда частоты (далее – генератор) к регистратору.

6.6.2. Включите регистратор, генератор согласно ЭД.

6.6.3. Проведите определение относительной погрешности измерений частоты в пяти равномерно расположенных точках диапазона измерений, воспроизводимых при помощи генератора.

6.6.4. Показания регистратора снимают в каждой проверяемой точке.

6.6.5. Вычислите относительную погрешность регистратора Δv_i , по формуле:

$$\Delta v_i = 100\% \cdot \frac{v_{измi} - v_{этi}}{v_{этi}}$$

где $v_{измi}$ – частота, Гц, измеренная регистратором;

$v_{этi}$ – частота, Гц, задаваемая генератором.

6.6.6. Результаты считаются положительными, если относительная погрешность регистратора во всех выбранных точках не превышает:

$$\Delta v_i \leq \pm 0,1 \%$$

7. Оформление результатов поверки

7.1. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

7.2. При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности установленной формы.